

NuMED HOPKINGTON  
VALVULOPLASTY CATHETER

P D C

*Tyshak*



Tyshak (タイシャック)

Tyshak II

Tyshak Mini

Developed in Cooperation with Dr. Michael J. Tynan and  
Dr. Shakeel E. Qureshi



株式会社トライテック



ニューメド社 (カナダ)

# NuMEDホプキントン PDC Tyshak カテーテル規格一覧

**Tyshak**

小児の経皮的弁拡張術に使用されることを基本コンセプトに開発されたのが Tyshak です。



医療機器承認番号：22700BZX00154000  
販売名：NuMED 弁拡張カテーテル

カタログ番号	JANコード	バルーン直径 (mm)	バルーン長さ (cm)	推奨シース (Fr)	シャフト径 (Fr)	有効長 (cm)	適合ワイヤー (インチ)	最大使用圧力 (ATM)
PDC 177 *	4562100653327	8	2	5	5	70	0.021	5
PDC 009 *	4562100653341	9	2	6	5.5	70	0.025	5
PDC 064 *	4562100653358	10	2	6	5.5	85	0.025	5
PDC 184	4562100653365	12	2.5	7	5.5	100	0.035	4.5
PDC 016	4562100653372	15	3	8	7	100	0.035	3.5
PDC 017	4562100653389	18	3	9	8	100	0.035	2
PDC 198	4562100653396	20	4	10	8	100	0.035	2
PDC 019	4562100653402	22	4	11	9	100	0.035	2
PDC 020	4562100653419	25	4	11	9	100	0.035	1.5

\* 印は、特注規格のため、あらかじめ発売元に在庫の有無をご確認下さい

保険医療材料請求分類：弁拡張用カテーテル

**Tyshak II**

極薄な素材を使用することで小児の患者さんに“優しい”カテーテルがこの Tyshak II です。



医療機器承認番号：22700BZX00154000  
販売名：NuMED 弁拡張カテーテル

カタログ番号	JANコード	バルーン直径 (mm)	バルーン長さ (cm)	推奨シース (Fr)	シャフト径 (Fr)	有効長 (cm)	適合ワイヤー (インチ)	最大使用圧力 (ATM)
PDC 500	4562100653426	4	2	4	4	70	0.021	4.5
PDC 501	4562100653433	5	2	4	4	70	0.021	4.5
PDC 502	4562100653440	6	2	4	4	70	0.021	3.5
PDC 503	4562100653457	7	2	4	4	70	0.021	3.5
PDC 504	4562100653464	8	2	4	4	70	0.021	3.5
PDC 505	4562100653471	9	3	5	5	90	0.025	3.0
PDC 506	4562100653488	10	3	5	5	90	0.025	3.0
PDC 507	4562100653495	12	3	5	5	90	0.025	3.0

保険医療材料請求分類：弁拡張用カテーテル

**Tyshak Mini**

細径シャフトに2cmバルーンを組み合わせることで Lowest Profile を可能にしたのが Tyshak Mini です。



医療機器承認番号：22700BZX00154000  
販売名：NuMED 弁拡張カテーテル

カタログ番号	JANコード	バルーン直径 (mm)	バルーン長さ (cm)	推奨シース (Fr)	シャフト径 (Fr)	有効長 (cm)	適合ワイヤー (インチ)	最大使用圧力 (ATM)
PDC 400	4562100653501	4	2	3	2.5	65	0.014	4.5
PDC 401	4562100653518	5	2	3	2.5	65	0.014	4.5
PDC 402	4562100653525	6	2	3	2.5	65	0.014	3.5
PDC 403	4562100653532	7	2	3	2.5	65	0.014	3.5
PDC 404	4562100653549	8	2	3	2.5	65	0.014	3.5
PDC 405	4562100653556	9	2	4	3.5	65	0.014	3.0
PDC 406	4562100653563	10	2	4	3.5	65	0.014	3.0

本製品の仕様は予告無く、変更することがございますのでご了承下さい。

保険医療材料請求分類：弁拡張用カテーテル

■販売業者



<https://www.jms.cc>

株式会社ジェイ・エム・エス

東京本社 〒140-0013 東京都品川区南大井一丁目13番5号 新南大井ビル  
TEL (03)6404-0603 · FAX (03)6404-0613  
広島本社 〒730-8652 広島市中区加古町12番17号  
TEL (082)243-5844 · FAX (082)243-5997

■取扱店

2001-200

■製造販売業者



株式会社 トライテック

営業本部/〒140-0013 (<https://www.trytech.co.jp>)  
東京都品川区南大井1-20-17マニフィック南大井3F  
TEL 03-5767-9831 FAX 03-5767-9839  
関 西 /TEL 075-275-2787 FAX 075-277-4912  
製造業者：NuMED Canada Inc. (カナダ)



(株)トライテックは ISO 13485 の認証を取得し、このシステムに基づき製品管理への取り組みを着実に進めております。

TRT-NUM-TYS-2001-0004