


NuMED HOPKINGTON

PDZ

Z-MED II™

Developed in Cooperation
with Dr.Ziyad M.Hijazi

VALVULOPLASTY CATHETER




株式会社トライテック



ニューメド社 (カナダ)

NuMED

ホプキントン Z-MED™ II カテーテル



NuMED ホプキントン Z-MED II カテーテル 規格一覧

医療機器承認番号：22700BZX00101000
販売名：弁拡張カテーテル Z-MED II

カタログ番号	JANコード	直径 (mm)	長さ (cm)	適合シース (Fr)	シャフト径 (Fr)	有効長 (cm)	適合ワイヤー (インチ)	最大使用圧力 (ATM)
PDZ 630/100 *	4562100653198	10	2	7	6	100	0.035	13
PDZ 636/100 *	4562100653204	12	3	8	6	100	0.035	10
PDZ 640/100	4562100653211	14	3	9	7	100	0.035	10
PDZ 644/100	4562100653228	15	3	9	7	100	0.035	8
PDZ 648/100	4562100653235	16	3	9	7	100	0.035	8
PDZ 652/100	4562100653242	18	3	10	8	100	0.035	7
PDZ 657/100	4562100653259	20	4	12	8	100	0.035	5
PDZ 661/100	4562100653266	22	4	12	9	100	0.035	4
PDZ 665/100	4562100653273	23	4	14	9	100	0.035	4
PDZ 668/100	4562100653280	25	3	14	9	100	0.035	4
PDZ 669/100	4562100653297	25	4	14	9	100	0.035	4
SO 070/100 *	4562100653303	26	4	14	9	100	0.035	4
SO 071/100 *	4562100653310	28	4	16	11	100	0.035	3.5

* 印は、特注規格のため、あらかじめ発売元に在庫の有無をご確認下さい
・ 本製品の仕様は予告無く、変更することがございますのでご了承下さい

保険医療材料請求分類：弁拡張用カテーテル



■販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

東京本社 〒140-0013 東京都品川区南大井一丁目13番5号 新南大井ビル
TEL(03)6404-0603・FAX(03)6404-0613
広島本社 〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
TEL(082)243-5844・FAX(082)243-5997



■製造販売業者
株式会社トライテック (https://www.trytech.co.jp)

〒140-0013 東京都品川区南大井1-20-17 マルイト南大井3F
営業本部 / TEL 03-5767-9831 FAX 03-5767-9839
関 西 / TEL 075-275-2787 FAX 075-277-4912

■製造業者: NuMED Canada Inc. (カナダ)



(株)トライテックは ISO 13485 の認証を取得し、このシステムに基づき製品管理への取り組みを着実に進めております。

TRT-NUM-Z MED-2001-0005

■代理店

2001-300